


- 11 Schalter mit einer Betätigungskraft von 2.5 ± 0.5 N, innerhalb einer Tastatur ± 0.5 N; taktile Rückmeldung, Metall-Federelement
- Schalttaefufigkeit min 10^6 bei 1.7mA pro Schalter
- Prellzeit max 10 ms
- Kontaktwiderstand max 100 Ω
- Isolationswiderstand min 100 M Ω
- Tastenumrandung 0.4 ± 0.1 erhaben
- klimatische Bedingungen:

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | bei Lagerung | bei Betrieb |
| Temperatur: | -20°C bis +75°C | -20°C bis 70°C |
| rel. Feuchte: | 10% bis 98% | 20% bis 80% |
| Luftdruck: | 500mbar bis 1060mbar | 600mbar bis 1060mbar |
- Leiterbahn- und Kontaktmaterial in Silberleittechnik mit Graphit
- Prüfspannung zwischen kurzgeschlossenen Schalterkontakten gegen Trägerplatte 500V_{eff}
- kratzgeschützt verpackt




7 pol Steckverbinder, vergoldet
(Berg oder Ansley) (z.B. Best.-Nr.
65801-037/Fa. Berg)

Hierzu:
ST-8305976

| | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|
| scale 1:1 | general tolerances --- | material --- | safety class <s> 0 <m> 0 |
| field reserved | revision text Darstellung geändert, Zulassungszeichen entfallen (1998/0C/158) | | |
| filing dept. 2530 | responsible dept. 3401 | author 18.05.1998 Stickel | approved 18.05.1998 Kleinert |
| type drawing | language de | title Folientastatur (Heizung 600W) | contract n |
| creating system CADRA | replacement for 8305976-03 | number 8305976 | Dräger |
| release status PROD | revision index 04 | occurs 1x | page/af 01/01 |

Dräger Medizintechnik
GmbH
D-23542 Lübeck

size A3



| | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------------|
| =QA= -- | | =QB= -- | | =QC= -- | |
| Werkstoff | | | | | |
| --- | | 0 | -- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | (117/90) | |
| | | Änd. Ziffer | kommt vor | Änderungen | |
| Masstab | Allgemein- toleranzen | Ableitung | 1990 | Tag | Name |
| 1 : 1 | ±0,2 | RM | Bearb. | 09.03. | GRUBE |
| | | | Gepr. | | LIE |
| | | | | | |
| | | Drägerwerk Aktiengesellschaft | | | Dräger |
| | | Benennung | | | |
| | | S-PLAN FOLIENHEIZUNG (STRAHLUNGHEIZUNG) | | | Zeichnungs-Nr. 8305978 |
| INFO | | CADRA | | | Ersatz fuer 8200364 Ersetzt durch |